



Castilla-La Mancha

ALERTA

Fecha: 07/05/2020
Nº registro interno: 138/2019

Destinatarios:

- Delegados Provinciales
- Jefe de Área de Farmacia del SESCOAM
- Colegios Oficiales de Farmacéuticos
- Colegios Oficiales de Médicos
- Colegios Oficiales de Enfermería

Datos del producto

Descripción: Mascarilla con filtro de partículas	
Modelo: Ref. KN90	Marca: Desconocida
País de origen: China	Importador: Golden Era Limited Co. ApS, Dinamarca

Datos del defecto

Descripción: No se le ha realizado ninguna prueba. El producto posee un falso marcado CE

Medidas cautelares adoptadas

Actuación: Retirada del mercado
Centros a notificar por las Delegaciones Provinciales: <ul style="list-style-type: none">- Oficinas de farmacia- Almacenes de distribución de medicamentos de uso humano- Almacenes de distribución de productos sanitarios- Hospitales Generales- Clínicas Médico-quirúrgicas

Documentación:

Se remite por correo electrónico: <ul style="list-style-type: none">▪ Alerta recibida de la Dirección General de Agenda 2030 y Consumo▪ Fotografías del producto

Toledo, 07 de mayo de 2020

La Directora General de Planificación, Ordenación e Inspección Sanitaria

Carmen Encinas Barrios

